










Användarguide IDELVION®

Rekombinant koagulationsfaktor IX länkad till rekombinant albumin (albutrepenonakog alfa)

Allmänt

- Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.
- Ljuskänsligt.
- Hållbarhet 250 IE och 500 IE: 2 år; 1000 IE och 2000 IE: 3 år.
- Aseptisk hantering.
- Värm spädningsvätskan till rumstemperatur (under 25°C).
- Kontrollera rekonstituerad lösning efter filtrering för partiklar och missfärgning före administrering.
- Den färdigberedda lösningen ska vara klar eller lätt opalescent, gul till färglös.
- Använd inte lösning som är oklar eller innehåller partiklar.
- Använd läkemedlet omedelbart efter att den är uppdragen i sprutan.
- Den färdigberedda lösningen injiceras med en hastighet som är komfortabel för patienten, upp till högst 5 ml/min.

Mix2Vial™: Bruksanvisning

Instruktioner för användning: Använd aseptisk teknik.		Instruktioner för användning: Använd aseptisk teknik.	
	1. Avlägsna flip-off hättorna från pulver- och vätskeflaskorna. Behandla propparna med en aseptisk lösning och låt torka. Öppna Mix2Vial™ -förpackningen genom att dra av förslutningen. Ta inte ut Mix2Vial™ ur förpackningen.		6. Roter pulverflaskan försiktigt tills pulvret löst sig fullständigt. Skaka inte flaskan.
	2. Placera vätskeflaskan på ett plant underlag och håll fast flaskan stadigt. Ta blisterförpackningen med Mix2Vial™ -setet och tryck spetsen på den blå delen rakt ner genom vätskeflaskans propp.		7. Dra in luft i en tom steril spruta. Koppla ihop sprutan med Mix2Vial™ -setet medan pulverflaskan fortfarande står rakt upp. Spruta in luft i flaskan.
	3. Ta försiktigt bort blisterförpackningen från Mix2Vial™ -setet genom att ovanifrån ta tag om kanten och dra rakt upp . Se till att endast förpackningen tas bort och inte Mix2Vial™ -setet.		8. Med sprutkolven intryckt vänd flaskan (tillsammans med set och spruta) upp och ned. Dra in lösningen i sprutan genom att föra kolven långsamt tillbaka.
	4. Ställ pulverflaskan på ett plant, fast underlag. Vänd vätskeflaskan med det fastsatta setet och tryck spetsen på den transparenta adapter-delen rakt ner genom pulverflaskans propp. Vätskan kommer automatiskt att rinna över till pulverflaskan.		9. När all lösning har överförts till sprutan, fatta ett fast tag om sprutan utan att vända på den och koppla bort Mix2Vial™ -setet från sprutan.
	5. Fatta tag i den transparenta delen av Mix2Vial™ -setet med ena handen och den blå delen med andra handen. Skruva isär setet i två delar. Kassera vätskeflaskan med den blå delen fastsatt.		



Förpackningsstorlekar:

- 250 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning (i 2,5 ml vätska)
- 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning (i 2,5 ml vätska)
- 1 000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning (i 2,5 ml vätska)
- 2 000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning (i 5 ml vätska)

I varje förpackning finns följande tillbehör:

- 1 överföringsset med filter (Mix2Vial™ Double Grip)
- 1 engångsspruta
- 1 venpunktionsset
- 2 alkoholtorkar
- 1 plåster