LECIGON®

(levodopa 20 mg/ml, carbidopa 5 mg/ml, entacapon 20 mg/ml)

Håndtering af pumpe og lægemiddel

Du har fået udleveret dette informationsblad af din læge eller sygeplejerske. Se brugsanvisningen og indlægssedlen for mere detaljerede instruktioner.

nordic INFUcare

www.infucare.com

1 Forbered infusionen



A. Tag en forfyldt medicinsprøjte ud af køleskabet. Sæt medicinsprøjten på pumpen, og drej den fast med uret.

B. Skru den lille beskyttelseshætte på medicinsprøjten og hætten på PEG/J sonden af.

C. Skru medicinsprøjten på PEG/J sonden. Hvis du anvender forlængerslange, kobles medicinsprøjten på forlængerslangen.

Yderligere information

- Displayet aktiveres ved at trykke på en vilkårlig knap.
- Efter 45 sek. bliver displayet sort/går i strømsparetilstand, infusionen fortsætter.
- Medicinsprøjten skal opbevares på køl, og den kan holde sig i 24 timer ved stuetemperatur.
- Hvis der anvendes forlængerslange, og slangen fjernes til natten, kan slangen opbevares ved at skrue enderne sammen, så slangen danner en ring. Slangen må ikke skylles igennem, men husk, at lægemidlet ikke må befinde sig ved stuetemperatur i mere end 24 timer. Ved slangeskift fyldes der med XD*.

2 Start pumpe med kontinuerlig dosis

Aktiver displayet ved at trykke på en vilkårlig knap

A. Start pumpen ved at hold ⏻ knappen nede, til du ser der står ON.

B. Nu starter den forudindstillede KD* (F1, F2 eller F3).

C. I displayet blinker dråben, som angiver, at infusionen er i gang. Timeglasset viser, hvor lang tid der er tilbage af infusionen.

*Ordliste

F: Infusionshastighed ml/time
MD: Morgendosis
XD: Ekstra dosis
KD: Kontinuerlig dosis
Stomi: Hullet i maven til indføring af PEG/J

3 Start morgendosis, ekstra dosis eller skift mellem infusionshastigheder (F1-F3)

Aktiver displayet ved at trykke på en vilkårlig knap

A. Hold dråbeknappen nede.

B. Vælg MD* eller ED* ved hjælp af pilene.

C. Start den valgte dosis ved at holde dråbeknappen nede.

D. I displayet blinker nu dråben samt den valgte XD*/MD*

Skift mellem programmerede infusionshastigheder

A. Aktivér displayet ved at trykke på en vilkårlig knap.

B. Når pumpen er igang, trykker du på OK vælg den ønskede infusionshastighed med pil op/ned. Bekræft med OK.

4 Midlertidigt stop af infusion eller genoptagelse af stoppet infusion

Aktiver displayet ved at trykke på en vilkårlig knap

A. Hold ⏻ knappen nede indtil du ser der står Stop.

B. Tryk på OK for at stoppe infusionen. Displayet viser STOP, og infusionen er stoppet.

C. Ved genstart af infusionen trykker du på ⏻ og holder knappen nede. ON vises i displayet.

5 Afslut infusionen, og sluk pumpen

Aktiver displayet ved at trykke på en vilkårlig knap

A. Sluk pumpen ved at trykke og holde ⏻ knappen nede. Displauet viser en bekræftelsesmeddelelse.

B. Tryk på OK for at stoppe infusionen. Displayet viser STOP, og infusionen stoppes.

C. Skru medicinsprøjten af PEG/J sonden (skru ikke på PEG/J-sonden).

D. Sæt den lilla beskyttelseshætter på.

6 Udskiftning af medicinsprøjte



A. Hvis du skal udskifte din medicinsprøjte, skal pumpen være stoppet. Hold knappen OK nede, indtil hovedmenuen vises på displayet.

B. Tryk på pil ned, og vælg SLUT. Bekræft med OK knappen.



Efter 10 sekunder begynder stemplet at trække sig tilbage. Det tager ca. 6 min.

C. Når stemplet er trukket tilbage, fjernes medicinsprøjten fra pumpen.

D. Pumpen lukker selv ned.

Vigtig!
Først når stemplet er trukket helt tilbage, fjernes medicinsprøjten fra pumpen.

7 Pleje af PEG/J-sonde og stomi

A. Træk 20 ml vand fra hanen op i en ENFit 20 ml sprøjte

B. Skru sprøjten på PEG/J sonden.

C. Skyl med vandet. Det kan gå trægt i starten.

D. Fjern sprøjten, og sæt beskyttelseshætten på.

E. Fyld sprøjten med 20 ml vand fra hanen igen, sæt sprøjten på maveporten, her anvendes den lilla adaptor.

F. Fjern sprøjten, og sæt beskyttelseshætten på.

STOMIPLEJE

(Mindst 2 gange om ugen, gerne i forbindelse med brusebad)

1. Åbn den blå lås på trekantspladen, og løsn PEG-sonden.
2. Før trekantspladen ud fra stomien.
3. Stomien, trekantspladen og PEG-sonden vaskes med vand og sæbe.
4. Tryk PEG-sonden 4–5 cm lige ind i stomien (du må ikke dreje), og træk derefter PEG-sonden tilbage. Tør af, så der ikke er noget fugt tilbage.
5. Fastgør PEG-sonden på trekantspladen, og luk den blå lås. Kontrollér afstanden mellem huden og trekantspladen. Den skal være ca. 5 mm.

Let rødme omkring stomien af og til er helt normalt. Tegn på infektion kan være øget rødme, feber, smerter, varme eller pussekretion. Ved mistanke om infektion skal du kontakte din behandlende klinik eller egen læge.

Beskrivelse af pumpens knapper



Producent: Crono LECIG pumpe: CANÈ S.p.A. Italia. www.canespa.it

Pumpealarm

I tilfælde af pumpealarm vises en fejlkode i displayet, og lysdioden tænder.

KODE: OCCL
Årsag: Okklusion i infusionslangen (pumpe blokeret).
Korrigerende handling: Fjern årsagen til okklusionen. Kontroller, at PEG-slangen ikke har et knæk eller er afklemt (se "Løsning af okklusioner" på side 81 i pumpens brugsanvisning).

KODE: Batt
Årsag: Fladt batteri
Korrigerende handling: Skift batteri (se "Udskiftning af batteriet" på side 76 i pumpens brugsanvisning).

Teknisk support

Telefon: 33 60 43 00
Email: pd-support-dk@adxto.com



Produsent PEG/J: Fresenius Kabi. AB,
Uppsala www.fresenius-kabi.com

nordic INFUcare
www.infucare.com

Distr: NordicInfu Care AB
Industrivej 21, 4000 Roskilde
Tel: +45 70 28 10 24

LECI.DK.034.02-FEB2024