REKOVELLE® fyldt pen dele



REKOVELLE® fyldt pen er en engangs vælg-en-dosis pen som kan anvendes til at give mere end 1 dosis af REKOVELLE®.

Pennen findes i 3 forskellige styrker:
- 12 mikrogram/0,36 ml
- 36 mikrogram/1,08 ml
- 72 mikrogram/2,16 ml

Pennen kan indstilles til at give doser fra 0,33 mikrogram til 20 mikrogram REKOVELLE® i markerede trin på 0,33 mikrogram.

REKOVELLE® Pennen bør kun anvendes, efter at du har modtaget træning fra dit sundhedspersonale.

Opbevaring og rengøring
- Opbevar altid pennen med penhætten på og uden en nål påsat.
- Brug ikke pennen efter udløbsdatoen (EXP) trykt på pennens etiket.
- Inden brug, opbevar pennen i køleskab ved 2°C til 8°C.
- Efter første anvendelse (i brug perioden) kan pennen opbevares i op til 28 dage ved 2°C til 25°C.
- Ved behov, kan ydersiden af pennen aftørres med et klæde fugtet med vand.
- Kom ikke pennen i vand eller anden væske.
- For mere detaljeret information om opbevaring, henvises du til at læse brugervejledningen i REKOVELLE® pakken.



Rekovelle®
follitropin delta

DK-REK-2200001 Rehn Antal: 5000

PATIENTVEJLEDNING

REKOVELLE® injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

FERRING
PHARMACEUTICALS

REPRODUCTIVE HEALTH

Ferring Lægemidler A/S / Amager Strandvej 405 / 2770 Kastrup / Tlf: 8816 8817 / ferring.com

Hvad er REKOVELLE®?

REKOVELLE® indeholder et hormon, som anvendes hos kvinder, der gennemgår fertilitetsbehandling.

REKOVELLE® anvendes ved behandling af manglende frugtbarhed (infertilitet) hos kvinder, som gennemgår reagensglasbehandling (IVF eller ICSI). REKOVELLE® stimulerer ovarierne til at vokse og udvikle mange ægblærer, hvorfra æg kan udtages og befrugtes i laboratoriet.

Hvordan bruges REKOVELLE®?

REKOVELLE® gives som injektion under huden sædvanligvis på maven. Den fyldte pen kan anvendes til flere injektioner.

Dosis af REKOVELLE® i din første behandlingscyklus vil blive beregnet af din læge på baggrund af din vægt og en blodprøve, der måler dit antimüllersk hormon (AMH) en markør for, hvordan dine æggestokke vil reagere på stimuleringen.

Hvis du har spørgsmål om din behandling eller om REKOVELLE®, skal du kontakte din læge, sygeplejerske eller specialklinik.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende almindelige bivirkninger er observeret:

- Hovedpine
- Kvalme
- Ovarielt hyperstimulationssyndrom (OHSS)*
- Smerte og ubehag i bækkenet, herunder også æggestokkene
- Træthed (udmattelse)

*Hormoner, anvendt til behandling af infertilitet, som dette lægemiddel, kan forårsage et højt aktivitets-niveau i æggestokkene (ovarielt hyperstimulationssyndrom). Symptomerne kan omfatte smerter/ubehag i maven eller oppustet mave, kvalme, opkastning, diarré, vægtstigning og åndedrætsbesvær. Hvis du har et eller flere af disse symptomer, skal du straks kontakte en læge.

Læs indlægssedlen i REKOVELLE® pakken grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

https://www.medicininstruktion.dk/ferring/rekovelle/

Trinvis vejledning i brug af REKOVELLE® fyldt pen

Før du bruger REKOVELLE® Pennen, bør du vaske dine hænder med vand og sæbe.

1) Påsæt nålen

Træk penhætten af og træk det beskyttende folie af nålen.
Klik nålen på så den er korrekt påsat.
Brug altid en ny nål til hver injektion.

2)

Træk den ydre nålehætte af. Smid den ikke væk, den skal bruges igen. Træk den indre nålehætte af og smid den væk.

3) Klargøring

Drej dosisvælgeren med uret indtil et dråbe-symbol er ud for dosis-indikatoren. Hold pennen med nålen pegende opad. Bank let med fingeret på ampulkammeret for at få eventuelle luftbobler i cylinderampullen til at nå toppen.

4)

Mens nålen peger opad, tryk indsprøjtningsknappen ind så langt den kan komme indtil du ser tallet '0' ud for dosisindikatoren. Kontroller at en lille dråbe kommer til syne ved nålespidsen. Hvis ikke en dråbe kommer til syne gentag trin 3 og 4.

REKOVELLE® Pennen er nu klar til brug.

5) Indstil dosis

Drej dosisvælgeren med uret indtil den ordinerede dosis er ud for dosisindikatoren i doseringsvinduet. Dosis kan korrigeres op eller ned uden tab af lægemiddel.

7) Injektion af dosis

REKOVELLE® skal gives ved injektion lige under huden i maveregionen. Brug et nyt injektionssted for hver injektion for at mindske risikoen for hudreaktioner.
Rengør injektionsstedet med en spritserviet. Knib dit maveskin og stik nålen ind i huden. Efter nålen er indstukket placer pege- eller tommelfingeren på indsprøjtningsknappen. **Tryk indsprøjtningsknappen helt ind og hold, og når du ser tallet '0' ud for dosisindikatoren, vent 5 sekunder. Dette sikrer at du får din fuldstændige dosis.**
Slip indsprøjtningsknappen, fjern derefter langsomt nålen fra injektionsstedet ved at trække det lige ud af huden.

6) Delt-dosis

Du kan behøve mere end én pen for at fuldføre din ordinerede dosis. Hvis du ikke er i stand til at vælge din fulde dosis, betyder det at der ikke er tilstrækkelig lægemiddel tilbage i pennen. Du må i givet fald lave en delt-dosis injektion eller kassere din nuværende pen og bruge en ny pen til din injektion.
For mere detaljeret information om at udregne din delte dosis, henvises du til at læse brugervejledningen i REKOVELLE® pakken.

8) Afmontering af nål

Sæt omhyggeligt den ydre nålehætte over nålen med et fast tryk. Skru nålen af i retning mod uret for at fjerne nålen fra pennen. Kasser forsigtigt den brugte nål.

Fjern altid nålen efter hvert brug.

Påsæt penhætten
Pres penhætten fast på pennen for beskyttelse mellem injektioner.