

Rekovele®
follitropiini delta

POTILASOHJE

Injektioneste, liuos, esitäytetty kynä



FERRING

PHARMACEUTICALS

MITÄ REKOVELLE® ON

REKOVELLE® sisältää hormonia, jota käytetään naisen hedelmättömyyden hoitoon. REKOVELLE®-valmistetta käytetään hedelmättömyyden hoitoon naisille, joille annetaan avusteisia lisääntymismenetelmiä, kuten koeputkihedelmöitys (IVF) tai siittiön injisointi sytoplasmaan (ICSI). REKOVELLE® stimuloi munasarjoja kasvamaan ja kehittämään useita munarakkuloita ("follikkeleja"), joista munasolut kerätään ja hedelmöitetään laboratoriossa.

MITEN REKOVELLE®-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN?

REKOVELLE® annetaan ihonalaisena pistoksena mieluiten vatsan alueelle. Esitäytettyä kynää voi käyttää useisiin injektioihin.

Ensimmäisellä hoitokaksolla lääkärisi määrittää REKOVELLE®-annoksen painosi sekä verikokeen perusteella. Verestä mitattava anti-Müllerian-hormonipitoisuus (AMH) ennustaa, miten munasarjasi reagoivat stimulaatioon.

Jos sinulla on kysymyksiä REKOVELLE®-valmisteen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Seuraavia haittavaikutuksia on havaittu

- Päänsärky
- Pahoinvointi
- Munasarjojen hyperstimulaatio -oireyhtymä (OHSS)*
- Kipu ja epämukava tunne lantiossa sekä munasarjoissa
- Väsymys (uupumus)

*Tämän lääkkeen kaltaiset hedelmättömyyden hoitoon käytettävät hormonit voivat kiihdyttää munasarjojen toimintaa (munasarjojen hyperstimulaatio -oireyhtymä). Oireita ovat mm. kipu, epämukava tunne tai turvotus vatsan alueella, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, painon nousu tai hengitysvaikeus. Jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista, käänny heti lääkärin puoleen.

Lue REKOVELLE®-valmisteen pakkausseloste ennen käytön aloittamista.



Vaiheittaiset ohjeet REKOVELLE® esitäytetyn kynän käyttöön.

Pese kädet vedellä ja saippualla ennen kuin käytät REKOVELLE® esitäytettyä kynää.



Neulan kiinnittäminen

Poista suojakorkki ja irrota neulan suojakalvo. Napsauta neula kiinni kynään niin, että se on turvallisesti paikallaan. Käytä aina uutta neulaa pistoksen antamiseen.

Poista ulompi neulansuojus. Älä heitä pois ulompaa neulansuojusta. Tarvitset sitä vielä. Irrota sisempi neulan-suojus ja heitä se pois.

Kynän valmistelu

Käännä annosvalitsinta myötäpäivään, kunnes pisaran kuva on kohdakkain annososoittimen kanssa. Pidä kynää niin, että neula osoittaa ylöspäin. Naputa sormella sylinteriampullin pidikettä, jotta saat sylinteriampullin sisällä mahdollisesti olevat ilmakuplat nousemaan sylinteriampullin yläosaan.

Pidä neula edelleen osoittamassa ylöspäin ja paina pistospainike kokonaan pohjaan, kunnes näet numeron "0" kohdakkain annososoittimen kanssa. Tarkista, että neulan kärjessä on nestepisara. Jos neulan kärjessä ei ole nestepisaraa, toista vaiheet 3–4.

**REKOVELLE® esitäytetty
kynä on nyt valmis
käytettäväksi.**

5



Annoksen valitseminen

Käännä annosvalitsinta myötäpäivään, kunnes sinulle määrätty annos on kohdakkain annosikkunassa näkyvän annososoittimen kanssa. Voit korjata annosta joko suuremmaksi tai pienemmäksi ilman, että lääkettä menee hukkaan.

6

Annoksen antaminen osissa

Saatat tarvita toista kynää sinulle määrätyn koko annoksen ottamiseksi. Jos et pysty valitsemaan koko annosta, tämä merkitsee, ettei kynässä ole enää riittävästi lääkettä jäljellä. Sinun on joko annettava annos kahdessa osassa tai heitettävä pois (hävitettävä) nykyinen kynäsi ja käytettävä uutta kynää pistoksen antamiseen. Tutustu pakkauksen käyttöohjeeseen, joka sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa osissa annettavan annoksen laskemisesta.

7



Annoksen pistäminen

REKOVELLE® pistetään ihon alle vatsan alueelle. Vaihda pistoskohtaa joka kerralla ihoreaktioiden riskin pienentämiseksi. Puhdista pistoskohta antiseptisellä pyyhkeellä. Purista iho poimulle ja työnnä neula ihoon.

Kun neula on paikallaan ihon alla, laita peukalosi pistospainikkeelle.

Paina pistospainike pohjaan saakka. Kun näet numeron "0" kohdakkain annososoittimen kanssa, odota vielä 5 sekuntia.

Näin varmistat, että olet saanut koko annoksen. Vapauta pistospainike ja poista sitten neula pistoskohdasta vetämällä hitaasti suoraan ylöspäin.

8



Neulan hävittäminen


Laita ulompi neulansuojus varovasti takaisin neulan päälle ja paina voimakkaasti. Irrota neula kynästä kiertämällä sitä vastapäivään. Hävitä käytetty neula huolellisesti.

Irrota neula kynästä jokaisen käytön jälkeen.

Suojakorkin kiinnittäminen

Laita suojakorkki kunnolla kiinni kynään suojaamaan sitä pistosten välillä.

REKOVELLE®-KYNÄN OSAT



REKOVELLE® esitäytetty kynä on annosvalitsinkynä, jota voidaan käyttää useamman kuin yhden annoksen annostelamiseen.

Kynää on saatavilla kolmena eri vahvuutena:

- 12 mikrog/0,36 ml
- 36 mikrog/1,08 ml
- 72 mikrog/2,16 ml

Kynä voidaan säätää antamaan 0,33–20 mikrogramman REKOVELLE®-annos; annoksen lisäykset on merkitty 0,33 mikrogramman välein. REKOVELLE®-kynää tulee käyttää vasta hoitohenkilökunnan ohjauksen jälkeen.

SÄILYTYS JA PUHDISTAMINEN

- Säilytä kynä aina suojakorkilla suljettuna ja ilman neulaa.
- Älä käytä kynää sen etikettiin painetun viimeisen käyttöpäivän (EXP) jälkeen.
- Säilytä kynä jääkaapissa (2–8 °C) ennen käyttöä.
- Ensimmäisen käyttökerran jälkeen (käyttöajanjakso) kynää voidaan säilyttää 28 päivän alle 25 °C:ssa.
- Kynän ulkopuolen voi tarvittaessa pyyhkiä veteen kostutetulla liinalla.
- Älä upota kynää veteen tai muuhun nesteeseen.
- Lue pakkauksen käyttöohjeista lisätietoa säilyttämisestä.



skannaa QR-koodi ja katso
REKOVELLE®-opastusvideo

FERRING

PHARMACEUTICALS

FERRING LÄÄKKEET OY
BERTEL JUNGIN AUKIO 5, 02600 ESPOO

FI-REK-2200005