LECIGON®

(levodopa 20 mg/ml, karbidopa 5 mg/ml, entakapon 20 mg/ml)

Handhavande av pump och läkemedel

Detta informationsblad har du fått av din läkare/sjuksköterska.
Se bruksanvisning och bipacksedel för fullständiga instruktioner.

Uppdaterad version av Crono LECIG pump

nordic INFUcare
www.infucare.com

1 Förbered infusion

Ampullen är kylvara, håller 24 timmar i rumstemperatur

A. Sätt ampull på pump och vrid medurs.

B. Skruva ampull på intestinalport, märkt med ett (i).

Används förlängningsslang, kopplas ampull på den.

2 Starta pump med kontinuerlig dos (F1)

Aktivera display genom att trycka på valfri knapp



A. Håll START/STOP START/STOP knapp intryckt för att starta KD* (F1).

Droppen indikerar att infusionen är igång. Timglaset visar tid och gula linjen indikerar läkemedelsmängd.

*Ordlista

F: Flöde ml/h
MD: Morgondos
XD: Extrados
KD (F1): Kontinuerlig dos
Stoma: Infart mellan hud och magsäck för PEG/J

3 Morgondos Extrados

Aktivera display genom att trycka på valfri knapp

A. Håll DROPP knapp intryckt.

B. Välj MD* med pil.

C. Håll DROPP knapp eller MENU/OK knapp intryckt till MD* blinkar.

Efter given dos går pump automatiskt tillbaka till KD*.

Vid extrados följ samma steg som MD* men välj Extrados vid punk B.

Byte mellan programmerade flöden

A. Tryck på MENU/OK knapp. Välj önskat flöde, pil upp/ner.

Bekräfta med MENU/OK knapp.

4 Stoppa pump

Aktivera display genom att trycka på valfri knapp

A. Håll START/STOP knapp intryckt.



B. Bekräfta stopp med MENU/OK knapp.

Skruva av ampull från intestinalport (i) (vrid ej på PEG/J).

OBS! Om du bytt ampull under dagen och ska använda samma nästkommande dag, gå till steg 6 Skötsel av PEG/J och stoma.

5 Avsluta infusion Dra tillbaka tryckkolv

Aktivera display genom att trycka på valfri knapp



A. Håll MENU/OK knapp intryckt.

B. Välj "Dra tillbaka tryckkolv" med pil.

C. Välj JA med pil. Bekräfta med MENU/OK knapp.

Tryckkolven dras tillbaka, tar ca 6 min. Pumpen stänger av sig själv.



Viktigt!
När tryckkolv gått tillbaka helt, tas ampull bort från pump.

6 Skötsel av PEG/J och stoma

A. Dra upp 20 ml dricksvatten i en ENFit 20 ml spruta. Vrid sprutan på intestinalport (i) och spola. I början kan det vara trögt.

B. Fyll sprutan igen med 20 ml dricksvatten, som vrids på gastroport(g) och spola igenom.

Stomavård minst 2ggr per vecka gärna i samband med dusch.

1. Öppna det blå låset på trekantsplattan och lösgör PEG.
2. För trekantsplattan ut från stoma.
3. Stoma, trekantsplatta och PEG rengörs med tvål och vatten.
4. För in PEG-slangen rakt in i stomat 4-5cm (vrid ej). Dra försiktigt PEG slang tillbaka. Torka torrt.
5. Fixera PEG på trekantsplatta och stäng det blå låset. Kontrollera avståndet mellan hud och trekantsplatta, bör vara ca 5 mm.

Mindre rodnad runt stomat av och till är helt normalt. Tecken på infektion kan vara rodnad större än 5 mm. Vid misstänkt infektion kontakta din behandlande klinik.

Beskriving av pumpens olika delar



Övrig information

I händelse av pumplarm visas en felkod i displayen, och lysdioden tänds. För att din pump ska fungera optimalt behöver den rengöras. För åtgärder och information se bruksanvisning.

KOD: OCCL
Orsak: Stopp i PEG/J slang.
Åtgärd: Kontrollera att PEG slang inte är vikt/klämd, se "Åtgärda ocklusioner".

KOD: Batt
Orsak: Batteri svagt
Korrigerande åtgärd: Byt batteri, se "byta batteri".

Om förlängningsslang används och slangen tas bort till natten, kan slang förvaras genom att ändarna på slangen skruvas ihop till en ring. Spola ej ur slangen, observera att läkemedlet inte får vara i rumstemperatur längre än 24h. Vid byte av slang, fyll med XD*.

Parkinson Support
020 22 55 20
www.medicininstruktioner.se



Vid resa finns några saker att tänka på:

- Ta med tabletter för din Parkinson om något oförutsägbart händer.
- Förvara läkemedlet i en kylväska som handbagage (USB och/eller elsladd) läs mer:
  Transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygresenar/Bagage/Vad-far-jag-ta-med-mig-ombord/Medicin
- Lånepump (vid utlandsresa).
- Europeisk parkinsonpass finns att ladda ner:
  parkinsonseurope.org/the-parkinsons-passport
- Pumpen är inte vattentät och ska kopplas bort vid dusch och bad.
- Bad i hav och pool går bra så länge stomat är läkt.

nordic INFUcare
www.infucare.com

Distr: NordicInfu Care AB, Sverige
Tel: +46 8 601 24 40

Tillverkare: Crono LECIG pump
CANÈ www.canespa.it

CE 0476

LECI.SE.077-01-OCT2025